

Výzva k podání nabídky na zařízení financované z rozpočtu MSK, smlouva č. 01673/2010/RRC

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768/9
Ostrava Poruba
708 00
IČ: 68145535
DIČ : CZ68145535

vás vyzývá podle §12 odst.(3) zákona č. 137/2006 Sb. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zařízení „**Ultrazvukový generátor pro generování pulsujícího vodního paprsku ve frekvenční oblasti 20 a 40 kHz**”

1. Předmět plnění zakázky:

A) Ultrazvukový generátor pro generování pulsujícího vodního paprsku ve frekvenční oblasti 20 kHz

Technická specifikace:

- UZ generátor:
 - UZ výkon: min. 600 Wef
 - Frekvence: 20kHz +/-500 Hz
 - Napájení: 230 V/50 Hz
 - Provedení min. IP-20
 - Možnost externího řízení a signalizace poruch
- Piezohlavice:
 - Frekvence: 20kHz +/-500 Hz
 - Průměr: 38 mm
 - Amplituda vibrací: min. 8 mikrometrů
- sonotroda válcová
 - Frekvence: 20 kHz +/-500 Hz
 - Průměr: 38 mm
 - Materiál: titan
 - Max. pracovní tlak: 150 MPa

Celá sestava (UZ generátor + piezohlavice + sonotroda) musí být schopna pracovat až do max. pracovního tlaku vody 150 MPa.

Záruční doba: min 24 měsíců

B) Ultrazvukový generátor pro generování pulsujícího vodního paprsku ve frekvenční oblasti 40 kHz

Technická specifikace:

- UZ generátor:

- UZ výkon: min. 400 Wef
- Frekvence: 40kHz +/-500 Hz
- Napájení: 230 V/50 Hz
- Provedení min. IP-20
- Možnost externího řízení a signalizace poruch
- Piezohlavice:
 - Frekvence: 40kHz +/-500 Hz
 - Průměr: 38 mm
 - Amplituda vibrací: min. 4 mikrometrů
- sonotroda válcová
 - Frekvence: 40 kHz +/-500 Hz
 - Průměr: 38 mm
 - Materiál: titan
 - Max. pracovní tlak: 150 MPa

Celá sestava (UZ generátor + piezohlavice + sonotroda) musí být schopna pracovat až do max. pracovního tlaku vody 150 MPa.

Záruční doba: min 24 měsíců

2. Doba plnění veřejné zakázky:

Předpokládaný termín dodání zařízení : 4 týdny po podpisu smlouvy

3. Prokázání kvalifikačních předpokladů:

Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady doložením:

- výpis z obch. rejstříku, pokud je v něm zapsán, případně výpis z jiné obdobné evidence
- pojištění proti škodám způsobeným třetími osobám v min. výši 3 mil Kč.

Předkládá-li nabídku více osob společně, prokáže splnění kvalifikačních předpokladů každá z těchto osob. Požadované doklady je možné předložit v neověřené kopii.

4. Způsob hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší cena nabídky.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v Kč jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH.

6. Lhůta a místo předložení nabídek:

Uchazeči předloží své nabídky poštou, nebo osobně na sekretariát ředitele ústavu, v uzavřených obálkách na adresu zadavatele - viz záhlaví výzvy. Obálky budou označeny tímto textem:

„Ultrazvukový generátor pro generování pulsujícího vodního paprsku ve frekvenční oblasti 20 a 40 kHz - NEOTVÍRAT”

Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit do 3.září 2010. Při doručení poštou je rozhodující datum poštovního razítka.

7. Ostatní podmínky:

- nabídky musí být podány písemně a podepsány statutárním zástupcem organizace nebo vedoucím pracovníkem firmy uvedeným na výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence
- nabídka bude zpracována v českém jazyce
- počet vyhotovení: 1 x originál
- součástí nabídky musí být také **návrh smlouvy o dílo**
- uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení
- v případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč povinen provést písemný rozklad cenové nabídky.

8. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout bez udání důvodu všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu a výběrové řízení zrušit,
- nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály,
- vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy,
- doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče,
- jednat o upřesnění konečného znění smlouvy.

Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

V Ostravě, dne 20.srpna 2010

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
ředitel