

Dodatečné informace k Zadávací a kvalifikační dokumentaci – č.1

Identifikace veřejné zakázky:

Název: Sestava zařízení na mikroskopické optické analýzy
Evidenční číslo VZ: 2014-01

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 68145535

Na základě ust. § 49 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále je zákon) na výše specifikovanou veřejnou zakázku, zadavatel v souladu s ust. § 49 odst. 2) a 3) zákona poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č.1:

Trvá zadavatel u stereomikroskopu na parametru zoomu min.1:20.

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel požaduje co největší rozsah zoomu, proto hodnota 1:20 byla stanovena jako minimální a trváme na ní. Této hodnoty dosahuje více značek a nelze ji považovat za diskriminující. Požadovaného rozsahu zvětšení může být dosaženo více objektivy.

Dotaz č.2:

Co přesně je myšleno parametrem plynule nastavitelná výška stativu a jaký technický nebo ergonomický problém má tato funkce řešit? Bude zadavatel akceptovat po upřesnění i jiné technické řešení, které daný problém vyřeší?

Odpověď na dotaz č.2:

Zadavatel požaduje možnost co největšího rozsahu výšky pozorovaného objektu. Důvodem je univerzalita mikroskopu, jakým způsobem je to technicky zajištěno není rozhodující. Důležitý je požadavek na plynulost změny výšky, která je kromě posunu stolku zajištěna i plynulým posunem stativu.

V Ostravě, dne 17.4.2014

.....
Ing. Lenka Jaskulová
vedoucí THS