

Příloha č.1 - Výzvy k podání nabídek – Krycí list nabídky

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Číslo zakázky | 8888-18-03 |
| Název programu: | DHM |
| Registrační číslo projektu | |
| Název projektu: | |
| Název zakázky: | Dodávka hlubokomrazícího boxu |

| ZADAVATEL | |
|--|---|
| Název zadavatele: | Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., dále jen „Zadavatel“ |
| Sídlo zadavatele: | Květná 170/8, 603 65 Brno |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. honza@brno.cas.cz |
| IČ zadavatele: | 68081766 |
| DIČ zadavatele: | CZ68081766 |

| UCHAZEČ | |
|---|--|
| Obchodní forma nebo název: | |
| Sídlo: | |
| Jména a příjmení členů statutárních orgánů: | |
| IČ: | |
| DIČ: | |
| www: | |
| Jméno kontaktní osoby: | |
| Tel.: | |
| Fax.: | |
| e-mail: | |

| Informace | |
|--|--|
| 1. Celková nabídková cena za celý předmět plnění s DPH | |

Splnění parametrů:

Skříňový mrazící box s provozní teplotou až -86°C i při okolní teplotě +30°C

Do každého řádku požadavku uveďte:

ANO / NE

- Vnitřní objem 500 až 550 litrů
- duální chladicí systém (2 nezávislé chladicí okruhy, při poruše jednoho udrží druhý teplotu -70°C v celém objemu boxu)

- Nastavitelná rozteč a počet polic
- Dvoje vnitřní dvířka
- Kapacita standardních 2“ krabiček v držácích min 380 ks
- Aspoň jeden vnější rozměr menší než 80 cm
- Ovládání pomocí dotykového displeje s pamětí USB port pro přenos dat
- Alarm při výpadku proudu, překročení nastavené teploty oběma směry, při otevřených dveřích
- Vakuový ventil pro možnost otevření boxu ihned po zavření
- Bezfiltrový bezúdržbový systém
- VIP izolace (vakuově zahuštěný polyuretan)
- Zdravotnický prostředek podle 93/42/EC

Datum:

razítko a podpis uchazeče