

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Květná 8, 603 65 Brno

IČO 68081766, tel: 543 211 538; 543 422 540 fax: 543 211 346, e-mail: ubo@ivb.cz

Všem zájemcům o veřejnou
zakázku

V Brně dne 13.9.2018

„81117-18-07 Dodávka hypoxické komory“

sdělujeme všem dodavatelům:

Věc: Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu č. 2 :

pozn. Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel obdržel tento dotaz:

Dotaz č. 2:

Dotaz: Přeje si Zadavatel ponechat Technickou specifikaci dle původního zadání, nebo preferuje změnu požadavku z „manipulační rukavice vhodné pro praváky i leváky“ na „bezrukavicové provedení se vzduchotěsnými zápěstními manžetami“?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto mění technickou specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu na nové znění:

Technická specifikace hypoxické komory

- možnost pozorovat vzorky ve vnitřní atmosféře pomocí trinokulárního mikroskopu Olympus SZX 16 bez narušení (port pro mikroskop)
- instalace mikroskopu Olympus SZX 16...
- rozměry vnitřního prostoru minimálně 70 x 45 x 40 cm (délka x šířka x výška)
- elektrická zásuvka ve vnitřním prostoru umožňující napájení elektrospotřebičů (např. osvětlení pro optiku)
- odvlhčovací zařízení zabráňující rosení vnitřních stěn a optiky umístěné v komoře, není nutné nastavení úrovně vlhkosti v procentech
- bezrukavicové provedení se vzduchotěsnými zápěstními manžetami.
- nastavitelný teplotní rozsah: teplota okolního prostředí až 35°C
- systém pro rovnoměrné rozložení teploty (cirkulace vnitřní atmosféry)

- nastavitelný rozsah O₂: 0-25%
- nastavitelný rozsah CO₂: 0-20%
- přesnost měření O₂: ± 0.2%
- přesnost měření CO₂: ± 0.2%
- přesnost měření teploty: ± 0.3°C

Cena je včetně dopravy, demonstrace funkčnosti přístroje, zaškolení a předání dokumentace
Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.9.2018 do 12,00 hodin.

Ostatní znění zadávací dokumentace zůstává v platnosti.

S pozdravem

Ing. Pavla Bučková
Vedoucí THS