



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1
pro veřejnou zakázku
„Drobné laboratorní přístroje a zařízení II “
Přístroje a zařízení 2 – opakování

Zadavatel	Název: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídlo: Královopolská 2590/135, 612 65 Brno IČO: 68081707 DIČ: CZ68081707
Zadávací řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu, zadávanou v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) mimo režim tohoto zákona
Profil Zadavatele (adresa EN):	https://zakazky.ibp.cz/ Přístup k zadávací dokumentaci: https://zakazky.ibp.cz/vz00000125
Dotační titul:	Toto zadávací řízení je realizováno v rámci projektu „SYMBIT“ (Strukturální gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu; reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v období 2014 – 2020 (dále jen „projekt SYMBIT“).

Zadavatel obdržel dne 21.04.2021 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1 poskytnutou zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvedl v technické specifikaci příloha 2.03 Laboratorní mrazák hodnotu spotřeby do 210 kWh/rok. Vzhledem k tomu, že se tento údaj uvádí jako orientační, bude zadavateli vyhovovat hodnota 222 kWh/rok? Po detailním průzkumu trhu se nenachází žádný dostupný mrazicí box skříňový se zásuvkami, který by splňoval požadovanou hodnotu 210 kWh/rok a měl 5 zásuvek a 3 zásobníky sklápkou.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že hodnota u parametru Roční spotřeba elektrické energie uvedená v příloze 3 Technická specifikace, 2.3 Laboratorní mrazák – final II je uvedeno nesprávně z důvodu administrativní chyby. **Zadavatel tímto upravuje výše uvedený parametr na hodnotu „do 240 kWh/rok“.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dotaz č. 2:

Zadavatel uvedl v technické specifikaci příloha 2.03 Laboratorní mrazák požadavek na 3 zásobníky s klapkou, bude zadavateli vyhovovat splnění požadované spotřeby elektrické energie bez zásobníků s klapkou, místo kterých budou 3 ks zásuvek.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel odkazuje na znění zadávacích podmínek (příloha 3 Technická specifikace, 2.3 Laboratorní mrazák – final II), kde je stanovena požadovaná hodnota parametru Počet zásobníků s klapkou a požaduje dodržet tuto specifikaci.

Zadavatel předkládá upravenou přílohu 2.03 – Laboratorní mrazák – final II po DI.

Současně předkládá novou přílohu č. 2 ZD – kupní smlouva po DI, kde je upraveno číslo smlouvy zadavatele, k dalším změnám ve smlouvě nedošlo.

Zadavatel s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění tak čl. 8 zadávací dokumentace v části Podání nabídky následovně:

Nabídky lze podat nejpozději do 05.05.2021 do 10:00 hodin. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání nabídky na plnění této veřejné zakázky (pro všechny části veřejné zakázky).

V Brně dne 23.04.2021

.....
Mgr. Jitka Smutná
právník projektu SYMBIT