

Vážení,

dne 22. 5. 2020 nám jako zadavateli veřejné zakázky s názvem „Dodávka objektivu pro konfokální mikroskop" byla doručena následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

*Dobrý den,*

*máme dva dotazy k zadávacím podmínkám:*

1. *Bod 4 - Technické podmínky:*

*„Kompatibilní s Leica SP8 mikroskopem“*

*Jsme schopni nabídnout objektiv s požadovanými technickými parametry. Nejsme však schopni garantovat kompatibilitu s mikroskopem Leica SP8.*

*Bude zadavatel akceptovat technické řešení odpovídající všem ostatním technickým požadavkům při nesplnění této podmínky?*

2. *Bod 2 – Formulář nabídky: Požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění*

*„Součástí předmětu plnění je i montáž a instalace zařízení v místě dodávky a jeho uvedení do provozu včetně propojení s Leica SP8 systémem.“*

*Nejsme schopni předmět plnění uvést do provozu včetně propojení s Leica SP8 systémem.*

*Bude zadavatel akceptovat předmět plnění nesplňující tuto podmínku?*

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto zasílá formou dodatečných informací č. 1 odpovědi na vznesené dotazy:

Dotaz č. 1:

1. *Bod 4 - Technické podmínky:*

*„Kompatibilní s Leica SP8 mikroskopem“*

*Jsme schopni nabídnout objektiv s požadovanými technickými parametry. Nejsme však schopni garantovat kompatibilitu s mikroskopem Leica SP8.*

*Bude zadavatel akceptovat technické řešení odpovídající všem ostatním technickým požadavkům při nesplnění této podmínky?*

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat technické řešení odpovídající všem ostatním technickým požadavkům při nesplnění této podmínky. Kompatibilita s mikroskopem Leica SP8 byla míněna ve smyslu splnění parfokální vzdálenosti objektivu 45 mm a kompatibility objektivu s revolverovým měničem objektivů na těle mikroskopu Leica SP8 (DMi8).

V příloze této zprávy je přiloženo nové opravené znění Přílohy č. 1 - Technické podmínky, v souladu s výše uvedenou odpovědí zadavatele.

Dotaz č.2:

1. *Bod 2 – Formulář nabídky: Požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění*

*„Součástí předmětu plnění je i montáž a instalace zařízení v místě dodávky a jeho uvedení do provozu včetně propojení s Leica SP8 systémem.“*

*Nejsme schopni předmět plnění uvést do provozu včetně propojení s Leica SP8 systémem.*

*Bude zadavatel akceptovat předmět plnění nesplňující tuto podmínku?*

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat předmět plnění nesplňující tuto podmínku, avšak odpovídající všem ostatním technickým požadavkům. Montáž a instalaci do revolverového měniče objektivů zadavatel zajistí sám, včetně propojení se systémem.

V příloze této zprávy je přiloženo nové opravené znění „Formuláře nabídky“, v souladu s výše uvedenou odpovědí zadavatele.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.