

Vážení,

dne 12. 3. 2021 nám jako zadavateli veřejné zakázky s názvem „Dodávka real time cykleru pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i." byla doručena následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

*Dobrý den,*

*chceme se zeptat jestli zadavatel trvá na přítomnosti HRM platformy u přístroje.*

*Děkujeme za vyjádření*

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto zasílá formou dodatečných informací č. 1 odpověď na vznesený dotaz:

Dotaz č. 1:

*1. Chceme se zeptat jestli zadavatel trvá na přítomnosti HRM platformy u přístroje?*

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel trvá na dodání přístroje, nového real time cykleru, splňujícího minimálně technické parametry uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technické podmínky.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek  
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.