

V Praze dne 5. 1. 2012

Věc: Odpověď na dotaz vznesený v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup centrifug pro projekt CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii“.

Tímto Vás informujeme o vyjádření Zadavatele (viz příloha) k níže uvedeným dotazům vzneseným v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup centrifug pro projekt CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii“.

Dotaz 1:


Prosím o upřesnění zadání: v bodech 3 a 4 je v první odrážce uveden výkyvný rotor 4x750 ml a úhlový rotor 6 x 250 ml.

Na konci zadání „součástí dodávky musí být...“ ale rotor 6x250 ml není uveden.

Má být rotor 6x 250 ml součástí nabídky?.

Odpověď 1:

Úhlový rotor 6x250 ml není součástí dodávky, ale Zadavatel požaduje, aby jej centrifuga měla jako volitelné příslušenství pro případ budoucího pořízení.



Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., ředitel