

V Praze dne 12. 1. 2012
Č.J.: UMG/OFFICE/2012/1

Věc: Odpověď na dotaz vznesený v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup mikroskopů pro projekt CZ-OPENSREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii“.

Tímto Vás informujeme o vyjádření Zadavatele (viz příloha) k níže uvedeným dotazům vzneseným v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup mikroskopů pro projekt CZ-OPENSREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii“.

Dotaz 1:

žádáme o posouzení našich dotazů k výše uvedenému výběrovému řízení:

a) Invertovaný mikroskop 1 ks

1. *Objektiv se zvětšením 2x – žádáme o umožnění nabídky zvětšení 2,5x*
2. *Objektiv se zvětšením 60x – žádáme o umožnění nabídky zvětšení 63x*
3. *Kamera s rozlišením 10 MPixelů – žádáme o umožnění nabídky max. rozlišení 3 MPixel.*
4. *Žádáme potvrdit, že součástí dodávky nebude komputer*

Odpověď a:


1. Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, příp. Dodavatel může nabídnout řešení lepší. Zadavatel tedy připouští zvětšení také 2,5x.
2. Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, příp. Dodavatel může nabídnout řešení lepší. Zadavatel tedy připouští zvětšení také 63x.
3. Pokud Dodavatel zdůvodní a prokáže, že nabízené zařízení je pro Zadavatele kvalitativně a kvantitativně obdobné, nebo lepší, může dané zařízení, v tomto případě kameru, nabídnout.
4. Počítač není součástí dodávky.

b) invertovaný mikroskop 2 ks je požadován

1. *Objektiv PL Fluorit 4x – žádáme o umožnění nabídky objektivu Plan Achromát 4x*
2. *Objektivy 10x, 20x, 40x achromáty – žádáme o změnu na alespoň Planachromáty*
3. *Okuláry 10x – žádáme doplnit o 10x/20.*
4. *Šesti polohová revolverová hlava na objektivy – navrhujeme 4 polohová revolverová hlava na objektivy.*
5. *Žádáme potvrdit, že součástí dodávky nebude komputer.*

Odpověď b:

1. Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, příp. Dodavatel může nabídnout řešení lepší. Zadavatel tuto možnost nabídky připouští.
2. Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, příp. Dodavatel může nabídnout řešení lepší. Zadavatel tuto možnost nabídky připouští.
3. Zadavatel umožňuje dodat okuláry 10x/20.
4. 6 pozic je pro Zadavatele nezbytných vzhledem k faktu, že Zadavatel poptává 5 objektivů.
5. Počítač není součástí dodávky.


Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.