OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

EVROPSKÁ UNIE

V Praze dne 5. 1. 2012

Věc: Odpověď na dotaz vznesený v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup centrifug pro projekt CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii".

Tímto Vás informujeme o vyjádření Zadavatele (viz příloha) k níže uvedeným dotazům vzneseným v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup centrifug pro projekt CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii".

Dotaz 1:

V technických požadavcích pro multifunkční centrifugy (položka 3. a 4.) mate uvedeny vždy požadavky na rotor a adaptery. Aby jste měli funkční sestavu je nutné rovněž pořídit závěsy (buckets) do rotoru a připadne vika, které nejsou součástí samotných rotoru, ale jejich volitelné příslušenství. Nevím, jestli tyto závěsy případně i vika již vlastníte nebo mají být rovněž součástí nabídky - opět jsou různé typy.

Odpověď 1:
Zadavatel předpokládá, že závěsy (buckets) a víka jsou součástí dodávky.

Dotaz 2:

Požadované rotory a veškeré příslušenství pro stolní multifunkční centrifugu (položka 4.) mají být pouze v uvedeném počtu - tedy 1x rotor, 4x adapter na 15 ml a 50 ml, 1x adapter na mikro titrační destičky nebo je to myšleno pro každou centrifugu zvlášť a tedy 3x rotor ...

Odpověď 2:
Požadované rotory a příslušenství jsou vždy počítány k jedné stolní multifunkční centrifuze (položka 4), tedy je nutné uvedené množství příslušenství vynásobit požadovaným počtem stolních multifunkčních centrifug (položka 4). Součásti jsou vztaženy k položce 4, která je v množství 3 ks.

.....
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., ředitel