



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



V Praze dne 9. 1. 2012  
Č.J.: UMG/OFFICE/2012/2

**Věc:** Odpověď na dotaz vznesený v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup centrifug pro projekt CZ-OPENSUREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii“.

Tímto Vás informujeme o vyjádření Zadavatele (viz příloha) k níže uvedeným dotazům vzneseným v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup centrifug pro projekt CZ-OPENSUREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii“.

**Dotaz 1:**

*3x stolní multifunkční centrifuga (položka 4.) má být v chlazeném provedení? V bližších specifikacích máte uvedeno chlazení -10oC - 40oC (takový model má ovšem zase jiné rozměry než je uvedeno v závěru specifikace - 60 x 70 x 40). V podstatě pokud se má jednat rovněž o chlazenou verzi, je to stejný model jako položka 3.*

**Odpověď 1:**

V položce č. 4 se nejedná o chlazenou centrifugu. Požadavky pro chlazení byly při sepisování technických požadavků do položky č. 4 - stolní multifunkční centrifuga 3x napsány omylem.

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., ředitel