

V Praze dne 16. 1. 2012
Č.J.: UMG/OFFICE/2012/1

Věc: Doplnující informace a odpověď na dotaz vznesený v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup mikroskopů pro projekt CZ-OPENSREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii“.

Tímto Vás informujeme o vyjádření Zadavatele (viz příloha) k níže uvedenému dotazu vznesenému v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup mikroskopů pro projekt CZ-OPENSREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii“ a o doplňujících informacích vydaných k téže zakázce.

Dotaz 1:

Doplňující dotaz k odpovědi 4 na invertované mikroskopy 2ks:

Zadavatel uvedl, že poptává 5 objektivů a tedy požaduje 6 revolver. Nám vychází 4 ks objektivů - 4x, 10x, 20x, 40x. Fázový a reliéfový kontrast je možno pozorovat na fázových objektivěch.

Dotaz: Opravdu Zadavatel požaduje 4 ks objektivů? Pokud ano, lze tedy nabídnout revolver se 4 pozicemi?

Odpověď 1:

Jelikož Zadavatel požaduje 4 objektivy pro pozorování ve fázovém kontrastu a 2 objektivy dedikované pro reliéfní/modulační kontrast – celkem se jedná o 6 objektivů. Revolver se 4 pozicemi je tedy pro Zadavatele nedostatečný.

Doplňující informace Zadavatele:

Následující text se týká přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, Technické podmínky.

S odkazem na bod 1, Mikroskopické metody, uvedený pod položkou technické požadavky na invertovaný mikroskop - 2 ks, tímto upřesňuji požadavek na bod 6 – Objektivy, o doplnění objektivu planfluorit achromát s dlouhou pracovní vzdáleností 4x tak, jak je uvedeno v bodě 1, zmíněném výše.



Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.