

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

ze dne 10. 8. 2010

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky

„Sestava motorizovaného fluorescenčního mikroskopu“

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen „ZVZ“)

ve zjednodušeném podlimitním řízení

zadavatelem:

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje, IČ 61389030

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., ředitelka.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 ZVZ,
jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 k veřejné zakázce „Sestava motorizovaného fluorescenčního mikroskopu“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Poradce veřejné zakázky:	Pyramida CS s.r.o., www.verejna-zakazka.cz

Dotaz č. 1:

V technických specifikacích bod 3. Sestava objektivů je jako minimální požadavek napsaný objektiv 20x, olejová imerze, N.A. min. 0.7.

Chci se zeptat, zda jsou povoleny jiné alternativy jako například:

A - 20x, N.A. min. 0,70 ale suchý objektiv

nebo

B - imersní objektiv, N.A. min. 0,70, ale zvětšení 25x?

Odpověď č. 1:

Povolena je alternativa B, tedy olejový objektiv 25x.

Verze: 0.1	Datum: 10. 8. 2010 10:17
------------	--------------------------