



V Praze dne 9. 1. 2012
Č.J.: UMG/OFFICE/2012/2

Věc: Odpověď na dotaz vznesený v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup centrifug pro projekt CZ-OPENSREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii“.

Tímto Vás informujeme o vyjádření Zadavatele (viz příloha) k níže uvedeným dotazům vzneseným v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „Nákup centrifug pro projekt CZ-OPENSREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii“.

Dotaz 1:

Aby byla možná nabídka i jiných konkurenčních výrobků, bylo by třeba akceptovat tyto odchylky od zadání:

a) Stolní centrifuga 3 ks

1. připustit jen jeden režim krátké centrifugace spin
2. vypustit požadavek možnost měření času až od dosažení nastavených otáček
3. vypustit požadavek na možnost uzamknutí parametrů nastavení
4. tolerovat hmotnost v rozmezí 11-15 kg
5. tolerovat rozměry do 28 x 35 x 26 cm.

Odpověď a:

1. Zadavatel připouští také jeden režim centrifugace spin.
2. Zadavatel po pečlivém zvážení požaduje ponechání možnosti měření času až od dosažení nastavených otáček z důvodu praktického užití u některých typů protokolů.
3. Zadavatel po pečlivém zvážení požaduje možnost uzamknutí parametrů nastavení z důvodu potřeby této funkce v případě použití ISO standardů.
4. Zadavatel připouští rozšíření rozmezí přípustné hmotnosti na 11 – 15 kg.
5. Zadavatel připouští zvětšení rozměrů na maximální 28 x 35 x 26 cm.

b) Stolní centrifuga chlazená 1 ks

1. připustit jen jeden režim krátké centrifugace spin
2. vypustit požadavek možnost měření času až od dosažení nastavených otáček
3. vypustit požadavek na vypnutí chlazení po 8 hodinách
4. vypustit požadavek na frekvenčně řízené chlazení
5. tolerovat hmotnost v rozmezí 18-28 kg
6. tolerovat rozměry do 29 x 55 x 26 cm

Odpověď b:

1. Zadavatel připouští také jeden režim centrifugace spin.
2. Zadavatel po pečlivém zvážení požaduje ponechání možnosti měření času až od dosažení nastavených otáček z důvodu praktického užití u některých typů protokolů.
3. Zadavatel po pečlivém zvážení požaduje možnost vypnutí chlazení po osmi hodinách.
4. Zadavatel netrvá na frekvenčně řízeném chlazení, tedy přijme také centrifugu, která touto funkcí nedisponuje.
5. Zadavatel připouští rozšíření rozmezí přípustné hmotnosti na 18 – 28 kg.
6. Zadavatel připouští zvětšení rozměrů na maximální 29 x 55 x 26 cm.

c) Stolní multifunkční centrifuga chlazená 1 ks

1. povolit min. 24.400 x g (úhlový rotor)
2. vypustit požadavek na 5 programů zvláštními tlačítky (počet na 50 programů je tím ovšem nedotčen)
3. vypustit požadavek na výměnu rotoru bez použití nástroje
4. tolerovat rozměry do 77 x 71 x 46 cm

Odpověď c:

1. Zadavatel připouští snížení minimálního množství otáček na minimální hodnotu 24.400 x g (úhlový rotor).
2. Zadavatel netrvá na požadavku volby 5 programů zvláštními tlačítky, požaduje však, aby paměť pro alespoň 50 programů byla zachována.
3. Zadavatel po pečlivém zvážení trvá na požadavku možnosti výměny rotoru bez použití nástroje z důvodu umožnění výměry rotoru mezi centrifugami uvedenými v položce 3 a centrifugami uvedenými v položce 4.
4. Zadavatel připouští zvětšení rozměrů na maximální 77 x 71 x 46 cm.

d) Stolní multifunkční centrifuga 3 ks

1. povolit min. 24.400 x g (úhlový rotor)
2. vypustit požadavek na 5 programů zvláštními tlačítky (počet na 50 programů je tím ovšem nedotčen)
3. vypustit požadavek na výměnu rotoru bez použití nástroje
4. tolerovat rozměry do 77 x 71 x 46 cm

Odpověď d:

1. Zadavatel připouští snížení minimálního množství otáček na minimální hodnotu 24.400 x g (úhlový rotor).
2. Zadavatel netrvá na požadavku volby 5 programů zvláštními tlačítky, požaduje však, aby paměť pro alespoň 50 programů byla zachována.
3. Zadavatel po pečlivém zvážení trvá na požadavku možnosti výměny rotoru bez použití nástroje z důvodu umožnění výměry rotoru mezi centrifugami uvedenými v položce 3 a centrifugami uvedenými v položce 4.
4. Zadavatel připouští zvětšení rozměrů na maximální 77 x 71 x 46 cm.



Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.