

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
IČ: 68378271
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Název veřejné zakázky: **Dodávka měřicí techniky elektrických veličin pro projekty HiLASE a ELI – opakované vyhlášení**

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz:

V příloze č. 4 v technické specifikaci plnění části 1 (osciloskopy) u vzorku *Osciloskop D* požaduje zadavatel vertikální přesnost +/- 1%. Je pro zadavatele akceptovatelné i dodání přístroje s vertikální přesností +/- 2%?

Odpověď:

Ano, vertikální přesnost +/- 2% je akceptovatelná.

V Praze dne 21. 5. 2012


Vladimír Levandovský