

V Praze dne: 13. 8. 2014
UMG/OFFICE/2014/342


Věc: Odpověď na dotaz vznesený v souvislosti s částí 3 veřejné zakázky – Soubor stereomikroskopů, která je součástí veřejné zakázky s názvem Mikroskopy pro Centrum modelových organismů zadávané v otevřeném nadlimitním řízení.

Tímto Vás informujeme o vyjádření zadavatele k níže uvedenému dotazu vznesenému v souvislosti s částí 3 veřejné zakázky – Soubor stereomikroskopů, která je součástí veřejné zakázky s názvem Mikroskopy pro Centrum modelových organismů zadávané v otevřeném nadlimitním řízení.

Dotaz: U požadavků fluorescenčního plně manuálního stereomikroskopu je požadovaný objektiv v rozmezí zvětšení 1,25x - 1,75x. Lze rozšířit tuto hranici na 1,25x - 2x , max zvětšení by pak bylo 126x . Akceptuje zadavatel tento větší rozsah a tím i větší rozsah možného zvětšení?

Odpověď na dotaz: Zadavatel po zvážení dotazu a požadavků na technické parametry zařízení stanovuje, že nepřipouští a nebude akceptovat objektiv se zvětšením větším než 1,75x.

Odůvodnění: Rozšíření rozmezí zvětšení objektivu z původních hodnot 1,25x – 1,75x na hodnoty 1,25x – 2x by znamenalo nežádoucí snížení pracovní vzdálenosti daného objektivu. Zvětšení větší než 100x není pro zadavatele funkčním přínosem, protože při těchto hodnotách dochází k vysokému rozptylu světla během jeho průchodu preparátem (rybí embrya a dospělci).

v.z. 
.....
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
ředitel