



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Identifikační číslo: 68378271
Osoby oprávněné
jednat za zadavatele: prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel

Název veřejné zakázky: Čističky amoniaku a dusíku

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 483953.

Zadavatel rozhodl o změně technické specifikace čističky dusíku v části 2 veřejné zakázky ve smyslu zvýšení průtoků. Mění se tak bod 1 v Příloze č. 1 kupní smlouvy pro čističku dusíku - Technická specifikace, a zároveň první řádek v tabulce v Příloze č. 2 a) - Tabulka technické specifikace k předmětu plnění. Nově platné znění obou bodů je následující:

- Čistička musí zvládnout provozní průtok **25 slm** a maximální průtok **100 slm**.

Přílohou těchto dodatečných informací je kompletní aktualizovaná kupní smlouva pro část 2 veřejné zakázky - Příloha 5b - Závazné znění kupní smlouvy pro část 2 veřejné zakázky včetně příloh. Uchazeči jsou povinni ve svých nabídkách použít toto znění smlouvy s aktualizovanými přílohami č. 1 a 2a.

Zadavatel v souvislosti s provedenou aktualizací zadávacích podmínek v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Dochází tedy ke změně znění odst. 2.2 zadávací dokumentace, které je nyní platné v níže uvedeném znění:

2.2 Nabídky se podávají nejpozději do **20. října 2014 do 11:00 hodin** na adresu sídla zadavatele na adrese Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, Česká republika, do podatelny v přízemí u hlavního vchodu budovy (vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1). Nabídky je možné doručit jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na výše uvedenou adresu v pracovní dny v době od 7:30 do 15:15 hodin, poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídky doručit pouze od 7:30 do **11:00 hodin**. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.

V Praze

.....
prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Příloha:

- Příloha 5b - Závazné znění kupní smlouvy pro část 2 veřejné zakázky včetně příloh (soubor Priloha 5b - kupni smlouva Cisticka dusiku aktualizovana.docx)