

V Praze dne: 2. 10. 2014  
UMG/OFFICE/2014/476

**Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám** na dotaz vznesený v souvislosti s veřejnou zakázkou „Zařízení pro přípravu vzorků“ zadávanou v otevřeném podlimitním řízení

**Dotaz č. 1:** chtěla bych vznést dodatečné dotazy k výběrovému řízení „Zařízení pro přípravu vzorků“, konkrétně k části 2: Rotační mikrotom pro ultratenké řezy. V rámci dodávky je požadováno i příslušenství.

Prosím o specifikaci:

1. Náhradní nůž: Požadujete ocelový nebo z karbidu wolframu?
2. Držák nožů/žilete: Požadujete držák žiletek s plochou pro ukrojené sekce nebo s vodním rezervoárem?
3. Svorka pro vzorky a Vložka pro svorky na vzorky: Požadujete přesnou orientaci vzorku x/y?

**Odpověď na dotaz č. 1:** zadavatel po zvážení dotazu na technické parametry zařízení upřesňuje požadované parametry, a sice

1. Náhradní nůž z karbid-wolframu.
2. Držák žiletek: s vodním rezervoárem i s plochou pro ukrojené sekce se suchou plochou.
3. Vložku pro svorku na vzorky s přesnou orientací x/y pro dva způsoby uchycení vzorků:
  - a. rychloupínací držák na kazetky
  - b. tak i univerzální držák

.....  
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.  
ředitel