



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  
Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8  
Identifikační číslo: 68378271  
Osoby oprávněné  
jednat za zadavatele: prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel

**Název veřejné zakázky:** Monitorování přítomnosti čpavku ve vzduchu II

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 498070.

Dotaz 1:

Vzhledem k tomu, že dva senzory se budou nacházet ve skříních s tlakovými lahvemi – bude problém vyvést kabely (od detektorů) z těchto skříní? (s ohledem na těsnění a celkové zabezpečení skříní)

*Odpověď:*

*Nebude to problém, ve skříní jsou průchodky pro vyvedení trubiček s plyny i pro vyvedení kabelů.*

Dotaz 2:

Nebo bude udělána příprava (průchodky) na tyto kabely?

*Odpověď:*

*Viz předchozí, ve skříní jsou průchodky pro vyvedení trubiček s plyny i pro vyvedení kabelů.*

V Praze

.....  
prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel