

V Praze dne: 12. 11. 2014
UMG/OFFICE/2014/476

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na dotaz vznesený v souvislosti s veřejnou zakázkou „Zařízení pro přípravu vzorků“ zadávanou v otevřeném podlimitním řízení, konkrétně k části 2 „Rotační mikrotom pro ultratenké řezy“.

Dotaz č. 1: chtěli bychom vznést dodatečné dotazy k výběrovému řízení „Zařízení pro přípravu vzorků“, konkrétně k části 2 „Rotační mikrotom pro ultratenké řezy“.

- 1.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nepřekročitelná? Je možno podat nabídku vyšší hodnoty?
- 1.2 Skutečně požadujete záruční dobu 36 měsíců? Výrobci obvykle poskytují záruku pouze 24 měsíců?
- 1.3 Je požadované příslušenství nutnou součástí dodávky? Pokud ANO, je míněnou dodávkou náhradního nože dodání 2 stejných nožů? (1 x standardní + 1 x náhradní)

Odpověď na dotaz č. 1.1:

Předpokládaná hodnota části 1 a části 2 veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena podle ustanovení §13 a násl. zákona. Zadavatel stanovuje tuto cenu současně jako nejvyšší přípustnou. Nabídky obsahující cenu vyšší budou zadavatelem vyřazeny z dalšího hodnocení (ve vztahu ke konkrétní části veřejné zakázky).

Odpověď na dotaz č. 1.2:

Zadavatelem požadovaná délka záruční doby činí 36 měsíců.

Odpověď na dotaz č. 1.3:

Ano, požadované příslušenství je nutnou součástí dodávky (podrobně viz „Příloha - 1 technické podmínky“). Zařízení musí umožnit řezání pomocí nožů. Zařízení musí být vybaveno v zadávací dokumentaci podrobně specifikovaným příslušenstvím (v množství: jeden kus standardní nůž a jeden kus náhradní nůž).

.....
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
ředitel