

Výzva k podání nabídek

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) ¹	DHM/PRODM
Název programu:	DHM
Registrační číslo projektu	
Název projektu:	
Název zakázky:	Prodej použitého automatického 4-kapilárního genetického analyzátoru DNA Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer s příslušenstvím
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce):	dodávka
Datum vyhlášení zakázky:	
Název zadavatele:	Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., dále jen „Zadavatel“
Sídlo zadavatele:	Květná 170/8, 603 65 Brno
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)	Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. honza@brno.cas.cz
IČ zadavatele:	68081766
DIČ zadavatele:	CZ68081766

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):
Kontaktní osoba zadavatele, ÚBO AV ČR, v.v.i.: Ing. Pavla Bártová tel.: 608 406 412 bartova@ivb.cz
Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 07.07.2014 do 10.00 hod. Do uvedeného termínu musí být nabídka uchazeče doručena na níže uvedenou adresu.
Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je „ Prodej použitého automatického 4-kapilárního genetického analyzátoru DNA “ Specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - Typ Applied Biosystems 3130 Genetic analyzer /kat. č. 3130-01/ s připojenou řídicí stanicí /počítač Dell/ s monitorem, klávesnicí a myší - Podavač /autosampler/ pro 96 vzorků - Data Collection Software pro ovládání přístroje - Aplikační modul pro sekvenování DNA /zahrnuje program Sequence Analysis Software verze 5.2., instalační kit, testovací vorky, manuály - Aplikační modul pro fragmentační analýzu /zahrnuje program GeneMapper verze 3.7,

¹ Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.

- instalační kit, testovací vorky, manuály
- Program SeqScape verze 2,5 pro analýzu SNPs

Popis přístroje:

rozměr: 74 x 81 x 55 cm

napětí: 200-220V nebo 230-240V +/- 10%, 50/60HZ +/- 10%

proud: do 15 AMPS

max. příkon: 2000 WATTS


rok výroby: 2005

zařazení do provozu:

15.7.2005

VÝPIS
 1. TC
 2. SEVENATOR
 3. SOFTWARE

 VÝPIS
 1. SOFTWARE
 2. SEVENATOR
 3. TC



Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:

Minimálně 450 000,00 Kč bez DPH. K ceně bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

Cena je stanovena jako minimální a je stanovena znaleckým posudkem č. 22/2014, zpracovaným znalkyní Miladou Víškovou dne 15.3.2014.

Typ zakázky

Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona 137/2006 Sb. v pozdějším znění

Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky:

Předpokládaný datum prodeje : 7-8/2014

Místa dodání/převzetí nabídky:Místo podání nabídek:

Sekretariát
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Květná 170/8
603 65 Brno

Hodnotící kritéria:

Základním kritériem hodnocení je nejvyšší nabídková cena.

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Hodnotící kritéria nabídek – váha kritéria:

Č.	Název dílčího kritéria	Váha dílčího kritéria
1.	Celková nabídková cena za celý předmět plnění bez DPH	100 %

Dílčí kritérium č. 1 – Celková nabídková cena za celý předmět plnění

Předmětem hodnocení je celková cena za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšší cenou.

Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny**Požadavek na zpracování nabídky:**

Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálcích), či jiném obalu označeném na přední straně následovně: v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa zájemce, na kterou je možné v případě opožděného podání nabídky zaslat oznámení že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uprostřed bude nápis „**Prodej použitého automatického 4-kapilárního genetického analyzátoru DNA Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer s příslušenstvím**“ a dále nápis „Výběrové řízení – neotvírat“, v pravém dolním rohu bude adresa zadavatele..

- a) Nabídka bude předložena v jednom originále v českém nebo anglickém jazyce.
- b) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- c) Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
 - **Krycí list nabídky.** Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 1– Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena (viz článek 4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat.

Kuoující uhradí pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Zadavatel si vyhrazuje:

- odmítnout všechny předložené nabídky;
- zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu;
- nevracet podané nabídky;

Další podmínky pro plnění zakázky:

Ostatní podmínky zadávacího řízení.

Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

Zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení:

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

Ověření údajů uvedených v nabídkách :

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

•

Další části výzvy k podání nabídek - přílohy

Nedílnou součástí výzvy k podání nabídek tvoří její přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor)
- Znalecký posudek č. 22/2014 zpracovaný znalkyní Miladou Víškovou

V Brně dne 18.6.2014

**Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
Ředitel**

**Ing. Pavla Bártová
vedoucí THS**

Příloha č.1 - Výzvy k podání nabídek – Krycí list nabídky

Číslo zakázky	DHM/PRODM
Název programu:	
Registrační číslo projektu	
Název projektu:	
Název zakázky:	Prodej použitého automatického 4-kapilárního genetického analyzátoru DNA Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer s příslušenstvím

ZADAVATEL - PRODÁVAJÍCÍ

Název zadavatele:	Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., dále jen „Zadavatel“
Sídlo zadavatele:	Květná 170/8, 603 65 Brno
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. honza@brno.cas.cz
IČ zadavatele:	68081766
DIČ zadavatele:	CZ68081766

UCHAZEČ O KOUPI

Obchodní forma nebo název:	
Sídlo:	
Jména a příjmení členů statutárních orgánů:	
IČ:	
DIČ:	
www:	
Jméno kontaktní osoby:	
Tel.:	
Fax.:	
e-mail:	

Informace pro hodnocení nabídek:

1. Celková nabídková cena za celý předmět plnění bez DPH	
---	--

Datum:

razítko a podpis uchazeče

Genetický analyzátor Hitachi 3130

s připojenou filicci stanicí – počítač zn. Dell – 813103582

Pentium 4 Processor 1,7 GHz

operační systém Windows XP

RAM: 1GB

pevný disk – kapacita: dvojitý 120GB hard disk

a softwaru pro zpracování dat pro genet. analýzu

Praha 15. 3. 2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 22/2014

Popis přístroje:

Rozměry: 74 x 41 x 35 cm

Napětí: 200 – 230 V nebo 230 – 240 V +/- 10%

Zadavatel: Ústav biologie obratlovců

Provoz: do 12 Akademie věd České republiky v.v.i.

Max. výkon: Květná č. 8

Roční výroba: Brno

Zařizovací kód: IČO: 68081766

DIČ: CZ68081766

Cena: 450 000,- Kč

Hodnoceno: sekvenátor Hitachi 3130 (genetic analyzer) s příslušenstvím

Ohodnoceno in natura.

Jedná se o morálně zastaralý typ. Do provozu instalován v r. 2005 a v srpnu 2012 byl provoz ukončen z důvodu nízké kapacity přístroje. Do této doby vykazoval 100% účinnost a byl bezporuchový.

S přihlédnutím na nové technologie, kdy jsou přístroje již kapacitně výkonnější, nutnosti přístroj revitalizovat (laser, pumpu, polymerové části...) a dostupnosti garance servisu přístroje včetně jeho náhradních dílů hodnotím cenou

450 000,- Kč

ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 3. 2. 1981 č. j. Spr. 218/81 pro obor **e k o n o m i k a** odvětví **ceny a odhady** se zvláštní specializací nových i použitých předmětů. *22/2014*

Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. *22/14* znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů (náhrady náklady) účtují dle připojené likvidace na základě dokladů čis. *22/14*

Znalkyně
Milada Víšková
Škábova 3058/3
106 00 Praha 10



Milada Víšková

Genetický analyzátor Hitachi 3130

s připojenou řídicí stanicí – počítač zn. Dell – 813103562
Pentium 4 Processor 1,7 mHz
operační systém Windows XP
RAM: 1GB
pevný disk – kapacita: dvojitý 120GB hard disk
a softwarem pro zpracování dat procesu analýz.

Popis přístroje:

Rozměr: 74 x 81 x 55 cm
Napětí: 200 – 220 V nebo 230 – 240 V +/- 10%
50/60 HZ +/- 10%
Proud: do 15 AMPS
Max. příkon: 2000 WATTS
Rok výroby: 2005
Zařazeno do provozu: 15.7.2005

Cena: 450 000,- Kč



Znalkyně
Milada Višková