

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
IČO	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel
Název zakázky	Klimatická komora
Druh zadávacího řízení	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě ust. § 18 odst. 5 zákona

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz: *V technické specifikaci je uveden požadavek: "Komora umožňuje vzdálenou správu a programování přes Ethernet (LAN) a dále záznam (interní i externí) aktuálních hodnot teploty a vlhkosti v čase v numerické i grafické podobě"*

Náš dotaz je: Námi nabízená samotná komora toto umožňuje, avšak za předpokladu, že je dodán a na PC nainstalován příslušný software pro vzdálenou správu a programování přes Ethernet (LAN).

Má být tedy součástí dodávky i příslušný software?

Odpověď: Ano, software pro vzdálenou správu a programování přes Ethernet (LAN) musí být součástí dodávky.