

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
IČ	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel
Název zakázky	Palladiová čistička vodíku
Druh zadávacího řízení	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a to na základě ust. § 18 odst. 5 ZVZ

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz: Žádáme o upřesnění pojmu instalace. Jedná se o stolní zařízení, které vyžaduje připojení k zásuvce 230VAC/50 Hz a k trubním rozvodům. V tomto smyslu by měla instalace vyloučit jakýkoli materiál (trubky, fitinky, ventily) a práci ke zhotovení potřebných trubních rozvodů, případně zřízení elektrické zásuvky.

Odpověď: Elektrická zásuvka 230VAC/50 Hz i trubní rozvody plynu, včetně potřebných ventilů a fittingů, budou zadavatelem připraveny pro instalaci podle dodaných podkladů vybraného dodavatele, který získá zakázku na dodání čističky, a to v období dodací lhůty.

V Praze