

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
IČ	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel
Název zakázky	Klimatická komora
Druh zadávacího řízení	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadaná v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

„Je přípustné řešení, že komora si odebírá vodu z externího zdroje a za předpokladu, že tato není dostupná regulátor automaticky přepne na odběr z interního zdroje (kanystru) ?“

Odpověď:

„Ano, takové řešení je přípustné.“

V Praze