

# Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Květná 8, 603 65 Brno

IČO 68081766, tel: 543 211 538; 543 422 540 fax: 543 211 346, e-mail: ubo@ivb.cz

---

Všem zájemcům o veřejnou  
zakázku

V Brně dne 11.5.2018

## „81117-18-02 Dodávka manuálního pipetovacího přístroje“

sdělujeme všem dodavatelům:

### Věc: Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu:

pozn. Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel upravuje touto dodatečnou informací technickou specifikaci předmětu plnění:

Nové znění:

### **Technická specifikace**

-jednoduchý manuální pipetovací přístroj pro rychlé, bezchybné a snadné pipetování celých plat ve velkém rozsahu objemů, jednoduchý na obsluhu, pro dávkování, replikaci, a plnění destiček

-nevyžaduje elektrické napájení

-přesnost má odpovídat kvalitním multikanálovým pipetám s minimální chybou pipetování, které nepřekračuje tyto hodnoty:

	<b>Volume</b>	<b>Systematic Error (µL)</b>	<b>Random Error (µL)</b>
<b>Min.:</b>	2	± 0.12	≤ 0.15
	5	± 0.25	≤ 0.175
	20	± 0.40	≤ 0.30
	100	± 1.00	≤ 0.60
	200	± 1.60	≤ 0.80
<b>Max.:</b>	220	± 1.80	≤ 0.80

- práce s formátem 96 jamek s možným případným rozšířením na 384 jamek
- záruka alespoň 1 rok

#### Technické parametry přístroje na pipetování

- rozsah pipetování minimálně 2-200  $\mu$ l a širší
- možnost posunu objemu – o 1  $\mu$ l
- maximální rozměry: 500 x 500 x 500 mm

#### **Ostatní sdělení zadavatele:**

**Zadavatel neprodluhuje lhůtu k podání nabídek.**

Ostatní znění zadávací dokumentace zůstává v platnosti.

S pozdravem

Ing. Pavla Bučková  
Vedoucí THS