




OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Institute of Physiology Academy of Sciences of the Czech Republic

Přehled dotazů a odpovědí ke zveřejnění a rozeslání ke dni 5. prosince 2012

Dotazy

- 1) Je požadován objektiv se zvětšením 63x. Naše společnost nabízí zvětšení rovných 60x. Je toto akceptovatelné?
- 2) Co přesně je míněno pod položkou "Widefield"?
- 3) Co přesně je míněno pod položkou "Binokulár pro optickou kontrolu"?
- 4) Jaký typ a rozměr požadujete u položky "Antivibrační stůl". S aktivním pneumatickým tlumením vibrací?

Odpovědi

- 1) To je určitě akceptovatelné.
- 2) Je míněna možnost nekonfokálního zobrazení - bez zapojení disku.
- 3) Vztahuje se k předchozímu bodu. Možnost sledovat obraz nejen na displeji.
- 4) Antivibrační stůl by měl být tak veliký, aby se na něj systém vešel, odhaduji např. 75 X 90 cm. Ano, předpokládali jsme aktivní tlumení vibrací.

.....
RNDr. Lucie Kubínová, CSc.
Ředitelka
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i